

Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/017/18.
Requisiciones: DT-04-2018 y DT-06-2018.
Adquisición: **Material y reactivos para laboratorio.**
Recursos Locales.

En la Ciudad de México, siendo las diez horas del cinco de octubre de dos mil dieciocho, día y hora señalados para llevar a cabo la Junta de Aclaración de Bases del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/017/18, para la adquisición de **Material y reactivos para laboratorio**, que celebra el **Sistema de Aguas de la Ciudad de México**, Órgano Desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México, con fundamento en los artículos 134 de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, 26, 27 inciso a, 28, 30 fracción I, 32 y 43 de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**, prevista en el punto 6.1 de las Bases del Procedimiento; reunidos en la **Sala de Juntas de la Dirección General de Administración del Sistema de Aguas de la Ciudad de México**, sito en Nezahualcóyotl número 109, 6° Piso, Colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, Código Postal 06080; los servidores públicos representantes del **Sistema de Aguas de la Ciudad de México** y órgano de control, así como los representantes de las empresas licitantes que al final de la presente se relacionan; por lo que se procede a dejar asentados los siguientes hechos:-----

El **Sistema de Aguas de la Ciudad de México**, a través del servidor público responsable del procedimiento, el Ingeniero Raymundo Parra Vega, **Jefe de la Unidad Departamental de Contratación de Servicios**, quien preside el evento, manifiesta que el presente evento se realiza con fundamento en los artículos 37 y 43 de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**, y, 40 y 41 de su **Reglamento**, procede a presentar a los participantes del mismo.-----

El representante de la Contraloría Interna en el **Sistema de Aguas de la Ciudad de México**, **Abraham Zavala Rocha**, en uso de la palabra manifiesta: *...con fundamento en el artículo 34 fracciones XII y XXIX de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México y artículo 113 fracción III del Reglamento interior de la Administración Pública del Distrito Federal, que su asistencia tiene como finalidad verificar que la celebración de este acto, se realice conforme a la normatividad vigente; por consiguiente, no avala el contenido de la información y análisis de las propuestas, así como tampoco los términos del fallo que en su caso se emita.*-----

I. Aclaraciones de carácter administrativo.

1. Las Propuestas que presenten los licitantes deberán cumplir con la calidad, especificaciones técnicas, unidad de medida y cantidad de los bienes, requeridas en el **Anexo Uno** de las Bases y lo asentado en el acta del presente evento.-----
2. Los formatos que se incluyen en las bases deben considerarse una guía en el Procedimiento, por lo que la correcta presentación de la propuesta es responsabilidad de los licitantes.-----
3. Para agilizar la conducción del **Acto de Presentación y Apertura de Propuestas**, se solicita que los licitantes cumplan con los siguientes requisitos, aclarando que el incumplimiento de éstos no será motivo de descalificación:-----
 - a) La **Propuesta Técnica**, deberá foliarse consecutivamente, iniciando con el **001**.-----
 - b) La **Propuesta Técnica** y la **Propuesta Económica** deberán entregarse, además, en archivo electrónico, en medio físico (C.D. o U.S.B. con carácter reintegrable), en procesador de texto Microsoft Word o en hoja de cálculo Microsoft Excel en cualquiera de sus versiones.-----
4. Los licitantes podrán obtener copia de las Actas Circunstanciadas de los eventos, en archivo electrónico, en medio físico (U.S.B.), en la Oficina de Convocatorias y Publicaciones, de la Subdirección de Adquisiciones.-----
5. La firma del contrato se llevará a cabo el **veintitrés de octubre de dos mil dieciocho**. El licitante ganador a la firma del mismo deberá entregar los **Requisitos para la firma del contrato** que se establecen en el punto 11.2 de las Bases del Procedimiento, en la Subdirección de Adquisiciones del SACMEX, de **9:00 a 15:00** y de **17:00 a 19:00** horas.-----

II. Cuestionamientos y Respuestas.

El **Sistema de Aguas de la Ciudad de México**, con fundamento en el artículo 41 fracción I del **Reglamento** de la **Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal**, por conducto del servidor público responsable del Procedimiento, quien preside, de acuerdo con el punto 6.1 **Junta de Aclaración de Bases**, da respuesta al cuestionamiento presentado por la empresa: **Porta Higiénicos, S.A. de C.V.**, empresa que adquirió las bases del presente Procedimiento y que acredita en este acto el pago correspondiente.-----

Los cuestionamientos de Carácter Administrativo serán resueltos por el Ingeniero Raymundo Parra Vega, **Jefe de la Unidad Departamental de Contratación de Servicios** y los cuestionamientos de Carácter Técnico por el Biólogo Mario Melchor Méndez, **Jefe de la Unidad Departamental de Análisis Instrumental y Muestreo**, designado para participar en este evento.-----



Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/017/18.
Requisiciones: DT-04-2018 y DT-06-2018.
Adquisición: **Material y reactivos para laboratorio.**
Recursos Locales.

Quien preside el evento y a solicitud del representante del área requirente el Biólogo Mario Melchor Méndez, Jefe de la Unidad Departamental de Análisis Instrumental y Muestreo, solicita un receso al presente evento por dos horas. -----

Siendo las once horas con treinta minutos se reanuda la Junta de Aclaración de Bases por lo que se procede a dar respuesta al cuestionamiento presentado por la empresa licitante **Porta Higiénicos, S.A. de C.V.**, de acuerdo con lo siguiente: -----

La empresa licitante **Porta Higiénicos, S.A. de C.V.** presentó escrito, el cual se anexa a la presente, plantea 1 (un) cuestionamiento, el cual es resuelto de acuerdo con lo siguiente: -----

Carácter Técnico.

No. Pregunta	Referencia bases	Pregunta
1	Anexo Técnico Requisición DT-06-2018	Partida 20.- Hidróxido de sodio, lentejas, reactivo analítico ensayo mínimo de 98% presentación máxima requerida en frasco de 2.5 kilogramos. ¿Se puede ofertar con un porcentaje de ensayo mínimo +/- 1%?

Respuesta: Se deberá ofertar reactivo analítico ensayo mínimo de 98%, tal y como se establece en el Anexo Uno de las bases de la Licitación, presentación máxima requerida en frasco de 2.5 kilogramos, con un total de 50 frascos. -----

Fecha y horario para llevar a cabo la **Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas.**

De acuerdo con las Bases de la Licitación se reitera que la **Primera Etapa: Acto de Presentación y Apertura de Propuestas**, se llevará a cabo el próximo **nueve de octubre de dos mil dieciocho**, a las **doce** horas, en el lugar en que se actúa, por lo que se solicita a los participantes e interesados en el presente Procedimiento su puntual asistencia. -----

Conclusión del acto.

El *Sistema de Aguas de la Ciudad de México*, pregunta a los asistentes, servidores públicos y a los representantes de las empresas licitantes, ¿si se contestaron debidamente y de manera completa las preguntas planteadas en este acto? y ¿si quedaron aclaradas sus dudas o tienen alguna observación que realizar al presente?: -manifestando los participantes que fueron contestadas debidamente cada una de las preguntas en forma completa y que fueron aclaradas las dudas, por lo que señalan no tener observación alguna. -----

Cierre del acta.

No habiendo otro asunto que tratar, se cierra la presente acta siendo las **doce** horas con **treinta** minutos del día de su elaboración, pasándola a firma de todos y cada uno de los asistentes, haciéndoles entrega formal de copia electrónica, para los fines legales a que haya lugar. -----

Servidores Públicos del Gobierno de la Ciudad de México.
Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Nombre y Cargo

Firma

Ing. Raymundo Parra Vega.
Jefe de la Unidad Departamental de Contratación de Servicios.

Biól. Mario Melchor Méndez.
Jefe de la Unidad Departamental de Análisis Instrumental y Muestreo.

I.Q. Gabriel Cortés Torreblanca.
Jefe de Oficina de Apoyo Técnico de la Unidad Departamental de Análisis Instrumental y Muestreo.




Junta de Aclaración de Bases.
Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/017/18.
Requisiciones: DT-04-2018 y DT-06-2018.
Adquisición: **Material y reactivos para laboratorio.**
Recursos Locales.

Órganos de Control.

Nombre y Cargo

Firma

Abraham Zavala Rocha.
Representante de la Contraloría Interna en el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.



Contralor Ciudadano.
Representante de la Dirección General de Contralorías Ciudadanas.

No asistió.

Empresas licitantes.



Razón o denominación y nombre del representante.


Firma

C. Francisca Villalva Galindo.
Tequimec, S. de R.L. de C.V.



Mtro. José Alonso García Carrillo.
Porta Higiénicos, S.A. de C.V.





"XV Años a tu Servicio"

PORTA IGIENICOS S.A. DE C.V.

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/017/18

Recursos Locales

Material y Reactivos para Laboratorio
Requisiciones DT-04/2018 y DT-06/2018

Atención: Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Acevedo
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México

Anexo Siete.

Cuestionamientos por escrito.

Gobierno de la Ciudad de México.
Sistema de Aguas de la Ciudad de México.
Atención: Lic. Miguel Ángel Gutiérrez Acevedo.
Director de Recursos Materiales y Servicios Generales.
Teléfono: 5130 4444, extensión 1612.
Fax: 5709 2275.

Procedimiento de Licitación Pública Nacional
LPN/SACMEX/017/18.

Fecha: 05 de Octubre del 2018

Correo electrónico del licitante:
portahigienicos@hotmail.com

En caso de enviar los cuestionamientos vía fax, deberá indicarse en el campo correspondiente a **Asunto** lo siguiente:

Asunto: Preguntas del Procedimiento de Licitación Pública Nacional LPN/SACMEX/017/18.

Los cuestionamientos que los licitantes presenten incluirán, como mínimo, lo siguiente:

Nombre, denominación o razón social del licitante. PORTAHIGIENICOS, S.A. DE C.V.
R.F.C del licitante. POR 020529 UI4
Domicilio (Calle, número, Colonia, Código Postal, Delegación o Municipio, Entidad). PESADO NO. 10, COL. GUERRERO, C.P. 06300, DELEG. CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO
Teléfono. 5583.9877
Fax.
Correo electrónico. portahigienicos@hotmail.com

Nombre de la Licitación: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN/SACMEX/017/18. Recursos Locales, Material y Reactivos para Laboratorio, Requisiciones DT-04-2018 Y DT-06-2018.

Pregunta No.	Referencia Bases	Pregunta.
1	Anexo Técnico Requisición DT-06-2018	Partida 20.- Hidróxido de sodio, lentejas, reactivo analítico ensayo mínimo de 98% presentación máxima requerida en frasco de 2.5 kilogramos. ¿SE PUEDE OFERTAR CON UN PORCENTAJE DE ENSAYO MÍNIMO +/- 1%?

ATENTAMENTE.

MTRO. JOSÉ ALONSO GARCÍA CARRILLO
REPRESENTANTE LEGAL